

「クリーンベンチ」仕様書

福島明成高等学校

仕様項目	内容	数量
クリーンベンチ		5台
外形寸法	W830×D610×H1,070mm以内	
ワークエリア寸法	W710×D477×H620mm以内	
フィルター集塵効率	99.99%以上	
清浄度	クラス100以上	
吹出風速	0.34m/s以上	
蛍光灯照度	850ルクス以上	
殺菌灯	15W 1本以上	
吹出風量	5m ³ /min以上	
電源	単相100V	
定格消費電力	155W 以内	
製品質量	74kg以内	
付属品等	付属品として下記を備えること 注1・下記付属品が標準付属品として含まれる場合は除くものとする 注2・同等かもしくはそれ以上で用意すること	
	電子着火式バーナー	5個
	フットスイッチ	5個
動作確認及び調整等	・見積り内容は、必ず本仕様を満たすこと。 また、想定した機器等が標準構成で仕様を満たさない場合はオプション等により構成し、記載仕様を満たすこと。	
	・担当職員と打ち合わせの上、機器の設置を行い、卓や壁等に固定すること。	
	・担当職員と打ち合わせの上、動作確認及び職員への操作取扱説明を行うこと。	
納入場所	福島県立福島明成高等学校 実験実習棟3階 生物学実習室2	
納入期限	令和4年3月31日	

※想定品

	1	2
メーカー名	PHC株式会社	日本エアーテック株式会社
型式	MCV-710ATS-PJ	KVM-757